

独立行政法人 国立病院機構 大阪医療センター ●治験管理室(治験) ●薬剤部(ワクチン) 様

	ID	シリアル番号		備 考
		OnDoll-Sensor 本体	外付け温度センサ	
		下段は[校正証明書番号] *試験成績書番号は先頭が “T” となります。		
1	1600	08530951		温度
		C250731-A15	[温度]	(測定範囲：0℃～+50℃)
2	1601	08530952		温度
		C250731-A16	[温度]	(測定範囲：0℃～+50℃)
3	1602	08530953		温度
		C250731-A17	[温度]	(測定範囲：0℃～+50℃)
4	1605	08530954		温度
		C250731-A18	[温度]	(測定範囲：0℃～+50℃)
5	1606	08530955		温度
		C250731-A19	[温度]	(測定範囲：0℃～+50℃)
6	1607	08530956		温度
		C250731-A20	[温度]	(測定範囲：0℃～+50℃)
7	1608	08530957		温度
		C250731-A21	[温度]	(測定範囲：0℃～+50℃)
8	1610	08530958		温度
		C250731-A22	[温度]	(測定範囲：0℃～+50℃)
9	1611	08530959		温度
		C250731-A23	[温度]	(測定範囲：0℃～+50℃)
10	1612	08530960		温度
		C250731-A24	[温度]	(測定範囲：0℃～+50℃)
11	1613	08530961		温度
		C250731-A25	[温度]	(測定範囲：0℃～+50℃)
12	1614	08530962		温度
		C250731-A26	[温度]	(測定範囲：0℃～+50℃)
13	1615	08530996		温度
		C250731-A46	[温度]	(測定範囲：0℃～+50℃) ※2025/9～ 無償貸出
14				
15				



発行日 2025年8月25日

発行番号 C250731-A46

管理ID 1615


校正証明書

品名	温湿度計
製品名	OnDoll-Sensor
シリアル番号	08530996
校正項目	温度
校正年月日	2025年7月31日

上記製品について、国際標準トレーサビリティがとれた標準器により校正されたことを証明します。
校正試験の結果は別紙の試験成績書のとおりです。

京都市東山区五条橋東4丁目432-13 野嵐ビル

株式会社コンピューテ





発行日 2025年8月25日
発行番号 T250731-A46
管理ID 1615

試験成績書

品名 温湿度計
製品名 OnDoll-Sensor
シリアル番号 08530996
校正項目 温度
校正室の環境 温度 $24.9 \pm 0.2^{\circ}\text{C}$ 、湿度 $52.8 \pm 1.9\%$
校正年月日 2025年7月31日

温度校正結果

試験温度($^{\circ}\text{C}$)	計器指示値($^{\circ}\text{C}$)	器差($^{\circ}\text{C}$)
+5.0	+5.1	+0.1
+25.0	+24.9	-0.1

- ・校正は JIS Z 8710-1993 に準じて行いました。
- ・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
- ・器差とは試験温度と被校正器が示した値の差です。

湿度校正結果

試験湿度(%RH)	計器指示値(%RH)	器差(%)
---	---	---

- ・校正は JIS B 7920-2000 に準じて行いました。
- ・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
- ・器差とは試験湿度と被校正器が示した値の差です。

校正に使用した標準器

品名	高精度温度計	---
型式	ETI REFERENCE PLUS THERMOMETER	---
シリアル番号	D25135261	---
校正日	2025年4月2日	---

承認	校正者
	

京都市東山区五条橋東4丁目432-13 番風切ビル

株式会社コンピューテック

