


2025年4月

2025年5月2日

合成グラフ



	最低	平均	最高	ラベル
温度[°C]	19.5	19.9	20.3	1F 恒温1 [ID1602]
温度[°C]	3.9	4.4	8.2	1F 冷所2 [ID1601]
温度[°C]	1.3	17.8	20.1	1F 恒温2 [ID1612]
温度[°C]	4.4	4.9	9.4	1F 冷所1 [ID1600]
温度[°C]	21.7	23.8	26.2	BF 治験管理室(室温) [ID1611]
温度[°C]	21.8	23.7	25.4	1F 治験管理室(室温) [ID1610]
温度[°C]	19.7	20.1	20.4	BF 恒温1 [ID1608]
温度[°C]	3.4	4.0	4.4	BF 冷所3 [ID1607]
温度[°C]	5.0	5.4	5.7	BF 冷所2 [ID1606]
温度[°C]	3.5	3.9	4.2	BF 冷所1 [ID1605]



2025/04

1日

3日

1週

2週

1月

1年

1F 冷所 1, 2について

一時的に温度上昇が生じているが、これは冷回循環に伴う温度変化を軽減するため、1F 冷所にカバーをかけることにより一時的な温度上昇が有り、保冷庫の温度計は4~5℃とあったことを確認している。



1F 恒温庫2について

4/3より準備を行い、4/5より温度一定となったため使用を開始している。

