


2026年5月

2026/6/2 河合 実

合成グラフ



1/2



	最低	平均	最高	ラベル
温度[°C]	19.5	19.9	20.3	1F 恒温1 [ID1602]
温度[°C]	20.4	21.5	22.9	製剤室 [ID1613]
温度[°C]	3.6	4.1	4.8	1F 冷所2 [ID1601]
温度[°C]	19.3	19.7	20.2	1F 恒温2 [ID1612]
温度[°C]	3.3	3.8	5.0	1F 冷所1 [ID1600]
温度[°C]	22.3	23.3	24.1	BF 治験管理室(室温) [ID1611]
温度[°C]	18.9	22.6	25.0	1F 治験管理室(室温) [ID1610]
温度[°C]	19.5	20.1	20.5	BF 恒温1 [ID1608]
温度[°C]	4.8	5.3	5.6	BF 冷所3 [ID1607]
温度[°C]	4.2	5.0	5.6	BF 冷所2 [ID1606]
温度[°C]	3.7	4.3	4.8	BF 冷所1 [ID1605]
温度[°C]	3.0	3.5	4.0	BF 冷所4 [ID1615]
温度[°C]	17.9	20.5	24.8	無菌室 [ID1614]

2026/05
1日
3日
1週
2週
1月
1年